


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



università di ferrara  
PASSIAMO ANNI GUARDIAMO AVANTI

**VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE RINNOVABILE DI LETTI ELETTRICI OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA E ALL'AZIENDA USL DI FERRARA. CIG: 9955822C35.**

Alle ore 14,30 di oggi 06/09/2023 il RUP della gara in oggetto ha esaminato sulla piattaforma telematica regionale SATER le offerte presentate dai partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica sopra descritta; in particolare si è verificato sulla suddetta piattaforma che entro il termine di scadenza previsto dagli atti di gara, hanno presentato offerta i seguenti 4 operatori economici:

MALVESTIO SOCIETA' PER AZIONI.  
GARDHEN BILANCE S.R.L.  
LINET ITALIA S.R.L.  
ARJO ITALIA S.P.A.

Il RUP alla presenza dei due testimoni Annabella Montanari ed Anna Fabbri esamina i documenti riferiti alle offerte amministrative, dalla cui analisi emerge che la documentazione presentata dalla ditta Arjo Italia è completa e regolare, mentre invece riguardo agli altri operatori economici si accede all'istituto del "soccorso istruttorio" di cui all'art.101 del Codice dei Contratti Pubblici, conferendo un termine non superiore a 10 giorni per acquisire documentazione integrativa riguardo in merito a quanto sotto indicato:

- per la ditta Malvestio e per la ditta Gardhen Bilance riguardo al possesso del requisito indicato dal bando di "servizi di noleggio di letti" anziché di fornitura.
- per la ditta Linet Italia riguardo al possesso dei requisiti di certificazione della qualità che consentono di presentare la cauzione provvisoria d'importo ridotto.

Quindi il RUP sospende i lavori e li riaggiorna a nuova data.

Letto, approvato e sottoscritto.

Andrea Ferrocì *Andrea Ferrocì*

Anna Fabbri *Anna Fabbri*

Annabella Montanari. *Annabella Montanari*

*SS. Ferrocì* *Anna Fabbri* *Annabella Montanari*

Alle ore 10 di oggi 18/09/2023 il RUP della gara prende atto che:

- con nota prot. 21529 del 07/09/2023 è stata chiesto alla ditta Malvestio spa di giustificare il possesso del requisito di noleggio dei letti per un importo di € 471.750,00 riguardo alla propria capacità economica finanziaria, anziché di fornitura chiedendo di inoltrare apposita nota in tal senso ai sensi dell'art. 101 del vigente Codice dei Contratti;
- con nota prot. 21541 del 7/09/2023 è stato chiesto alla ditta Linet Italia di giustificare, ai sensi dell'art. 101 del vigente Codice dei Contratti la presentazione della cauzione provvisoria d'importo ridotto fino di € 3.774,00 in qualità di micro, piccola media impresa, il cui importo è stato ulteriormente ridotto del 20% in qualità di impresa in possesso delle certificazioni di qualità, non risultando presente il documento che comprova anche il predetto secondo requisito;
- con nota prot. 21531 del 07/09/2023 è stato chiesto alla ditta Gardhen Bilance di giustificare il possesso del requisito di noleggio dei letti per un importo di € 471.750,00 riguardo alla propria capacità economica finanziaria, anziché di fornitura chiedendo di inoltrare apposita nota in tal senso ai sensi dell'art. 101 del vigente Codice dei Contratti.


Il RUP prende poi atto:

- che la ditta Malvestio ha comunicato con nota acquisita agli atti con prot. n. 22228 del 18/09/2023, la propria capacità tecnica e professionale con la fornitura di letti elettrici per un totale di € 523.995,00 precisando di avere prodotto le seguenti quantità di letti degenza elettrici:  
Anno 2020: n. 4.621 letti degenza elettrici 8.578  
Anno 2021: n. 2.934 letti degenza elettrici 4.087  
Anno 2022: n. 2.239 letti degenza elettrici 2.901  
Totale letti elettrici per degenza prodotti nell'ultimo triennio per le necessità richieste nel territorio italiano: 15.566. Tutte dette forniture sono state positivamente collaudate.
- che la ditta Linet Italia ha risposto con nota acquisita agli atti prot. 21636 del 18/09/2023, trasmettendo copia conforme all'originale del certificato UNI EN ISO 14001:2015.
- che la ditta Gardhen Bilance ha risposto con nota acquisita agli atti prot. 21634 del 8/9/2023, dichiarando che le forniture analoghe indicate nel modulo relativo alla domanda di partecipazione, si riferiscono a "servizi di letti in noleggio" così come richiesto dal punto III.1.2) del bando di gara.

Ciò premesso e considerato, valutando le risposte pervenute in applicazione all'istituto del "soccorso istruttorio" del vigente Codice dei Contratti pubblici, il RUP ritiene di ammettere alla prosecuzione della gara tutti i suddetti operatori economici, la cui capacità tecnica, professionale ed economica è comunque documentata dalle dichiarazioni sopra acquisite.

Il RUP dichiara poi che con determina del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 470 del 04/09/2023, adottata dopo il termine di scadenza delle offerte, è stata nominata la commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche, nella seguente composizione:

- Andrea Ferrocì, Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti Azienda Usi di Ferrara, Presidente;
- Teodorini Melissa - RIT Comfort Logistico - Alberghiero - Direzione delle Professioni Sanitarie, Componente;




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the name 'A. Ferrocì' and other illegible signatures.

- Succi Sonia - Dirigente Professioni Sanitarie - Area Infermieristica, Componente;
- Cavazza Stefano - Dipartimento Prevenzione e Protezione, Componente;
- Braggion Ivo - Dirigente Ingegneria Clinica, Componente;
- Anna Fabbri Funzionario Amministrativo del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti, Segretaria priva di potere di voto

Quindi alle ore 12 aggiorna i lavori a nuova data.

Letto, approvato e sottoscritto.

Andrea Ferrocì 


Anna Fabbri 

Annabella Montanari 

Alle ore 9,00 di oggi 12/10/2023 è presente presso la sede del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti dell'Azienda Usl ed Ospedaliero Universitaria di Ferrara, la commissione tecnica nominata con la già menzionata determina n. 470 del 04/09/2023 al completo dei componenti. Il Presidente riprende i lavori e precisa che il servizio oggetto di valutazione è il seguente: *noleggio triennale di n.185 letti elettrici da degenza, conformi alla legislazione vigente, con le seguenti caratteristiche:*

1. *piano radiotrasparente*
2. *altezza regolabile*
3. *regolazione schienale/bacino/pediera*
4. *trendelenburg e reverse trendelenburg*
5. *CPR*
6. *seduta terapeutica*
7. *portata non inferiore ad almeno a 185 kg*
8. *piano a 3 snodi ( 4 sezioni) per il posizionamento dei pazienti*
9. *piano rete in materiale lavabile e sanificabile con utilizzo di sanificatore a vapore della 100°*
10. *Piano rete paziente estendibile (per pazienti alti più di 190 cm)*
11. *sponde a 4 segmenti e movimentabile con una mano preferibilmente servo assistiti*
12. *coppia spalle ( testiera e pediera) in laminato o polimero*
13. *con 4 ruote con freno, piroettanti, sdoppiate, antistatiche e antitraccia con diametro di almeno 125 mm*
14. *semplicità d'uso dei comandi tramite pannello e/o pulsantiera*
15. *altezza minima del basamento del letto dal pavimento di almeno 150 mm per permettere l'uso del sollevapazienti mobili e apparecchi radiologici mobili;*
16. *dotati di accessori: asta porta flebo, trapezio, porta bombole, supporti monitor/tavolinetti.*

Il contratto di noleggio s'intende comprensivo di servizio di manutenzione full risk, dovendosi assicurare la riparazione entro 24 ore dalla richiesta e la sostituzione immediata nel caso di fermo macchina. Il servizio deve comprendere nel noleggio anche l'eventuale trasferimento dei letti su altri presidi dislocati nella provincia di Ferrara, nell'ipotesi di cambiamenti organizzativi ed



operativi che prevedano la riorganizzazione dei posti letto. Si rappresenta inoltre che, nell'ambito del complesso delle attività commissionate è altresì previsto in capo all'appaltatore l'obbligo di fornire, previa richiesta del committente derivante da situazioni cliniche particolari, almeno un letto di natura bariatrica con portata minima di 300 kg, da consegnare nei presidi indicati dalla stazione appaltante, con tempi di stimati in 48 ore dalla richiesta. Il corrispettivo economico dovuto per le suddette prestazioni sarà compensato in rapporto alle giornate di effettivo utilizzo e non è compreso nella base d'asta del servizio, pur risultando detti articoli oggetto di valutazione tecnica. La pianificazione della consegna dovrà essere concordata con il referente aziendale.

Il costo di noleggio annuo non superabile per ogni letto è fissato in un canone annuo di € 850,00 al netto dell'iva e degli oneri fiscali. La base d'asta dell'appalto è quindi fissata in € 471.750,00. Trattasi pertanto di un servizio d'impiego dei suddetti arredi sanitari, nonché delle attività di assistenza e manutenzione sopra richieste, che sarà compensato con il corrispettivo economico sopra indicato, dedotto il ribasso praticato in sede di offerta; al termine del triennio di validità del contratto, salva l'ipotesi del rinnovo del servizio nella cui sede potranno essere rinegoziate le condizioni complessive del contratto, le Aziende sanitarie di Ferrara committenti, si riservano la possibilità di riscattare gli arredi forniti, ad un prezzo meramente simbolico che sarà concordato con la ditta appaltatrice.

La consegna e l'installazione dei dispositivi letti elettrici dovranno essere preventivamente concordate con il referente indicato nell'ordinativo di fornitura e dovranno essere eseguite come da indicazioni impartite da ciascuna Azienda sanitaria committente, nel rispetto dell'attività sanitaria e senza interferenze in proposito, al oltre il normale orario di lavoro qualora richiesto. I dispositivi dovranno essere dotati di tutti gli accessori richiesti. La ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi resisi necessari per la consegna dei beni, il cui ritiro dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, comunque entro e non oltre il periodo di installazione dei dispositivi. Al momento della consegna dovrà altresì essere presentata:

- una copia dei manuali d'uso cartaceo, in lingua italiana, conforme alla normativa vigente;
- una copia dei manuali d'uso in formato digitale, in lingua italiana, perfettamente identico a quello cartaceo;
- tutta la documentazione che si renderà necessaria per il collaudo.

La messa in funzione dei dispositivi sarà attestata da un verbale d'installazione rilasciato dal fornitore, le tecnologie saranno collaudate dal Servizio di Ingegneria Clinica.

La ditta appaltatrice dovrà garantire un'adeguata formazione gratuita del personale delle Aziende, in merito all'utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione autonoma (operata dagli utilizzatori così come definito dalle norme UNI 11063) corrispondente al programma indicato nell'offerta tecnica.

L'avvenuta formazione dovrà essere attestata da un documento in cui saranno riportati i nominativi del personale che ha ricevuto l'istruzione, controfirmato dal fornitore nella persona che ha eseguito il corso.

La formazione del personale andrà concordata con i referenti delle Aziende sanitarie committenti appositamente individuati. Qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all'uso personale aggiuntivo, la ditta appaltatrice dovrà provvedervi senza aggravii ulteriori di costi secondo modalità da concordare.

Ciò premesso si precisa che le offerte presentate saranno valutate dalla commissione di gara sulla base dei seguenti criteri.

S.S.  
F. Fenucci M. P. R.

Riferimento	Caratteristiche Tecniche/Descrizione	Punteggio
2	DESTINAZIONE D'USO	
3	CARATTERISTICHE DEL LETTO (criterio 1)	
3.1	Quantità richiesta	
3.3	Trendelenburg e Reverse - Trendelenburg	5
3.5	Articolazione a tre snodi/sezioni per il posizionamento del paziente	3
3.6	Coppia spalle (testiera e pediera)	2
3.7	Regolazioni:	10
3.7.1	Regolazione in altezza	
3.7.2	Regolazione schienale	
3.7.3	Regolazione bacino	
3.7.4	Regolazione pediera	
3.8	Portata massima	5
3.9	Sponde	8
3.9.1	Sponde	
3.9.1.1	Movimentazione sponde	
3.9.1.2	Ingombro massimo con sponde	
3.10	Ruote	5
3.10.1	Piroettanti, sdoppiate, antistatiche e antitraccia	
3.10.2	Diametro	
3.11.3	Con freno	
3.11.4	Possibilità di quinta ruota	
3.12	Altezza minima del basamento del letto dal pavimento per permettere l'uso del solleva pazienti mobili e apparecchi radiologici mobili	5
3.13	Accessori richiesti	2
3.13.1	Asta porta flebo	
3.13.2	Trapezio	
3.13.3	Porta bombole	
3.13.4	Supporti monitor/tavolinetti	
3.14	Semplicità d'uso dei comandi tramite pannello e/o pulsantiera.	5
3.15	Tasto di Rianimazione Cardio Polmonare (CPR)	3
3.16	Grado protezione vapore/acqua/polvere	2
3.17	Rete	5
3.17.1	Piano rete (caratteristiche di radio trasparenza)	
3.17.2	Caratteristiche di disinfezione del Piano Rete	

3.17.3	Caratteristiche di estendibilità del piano rete	
3.18	Seduta terapeutica	3
3.19	Altro	
	<b>TOTALE CRITERIO 1</b>	<b>63</b>
4	Letti bariatrici (criterio 2)	5
	<b>TOTALE CRITERIO 2</b>	<b>5</b>
5	Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo -- formazione- trasferimenti su altre sedi (criterio 3)	12
	<b>TOTALE CRITERIO 3</b>	<b>12</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO 1 – 2 – 3</b>	<b>80</b>

L'offerta tecnica sarà valutata dalla commissione di gara esaminando i criteri sopra indicati. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio corrispondente ad un coefficiente da zero ad uno da parte della commissione così graduato:

- insufficiente 0,00
- sufficiente 0,25
- discreto 0,50
- buono 0,75
- ottimo 1,00.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti ai criteri in esame, al fine di attribuire il giudizio suddetto ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. È prevista una soglia minima di sbarramento pari al 50% + 1 del punteggio complessivo, pari a 41 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra indicata soglia.


Inizia pertanto l'analisi delle offerte tecniche, nella quale i commissari effettuano valutazioni comparate sulle schede tecniche e sui documenti presentati ed in cui si svolgono considerazioni di carattere generale; in questa sede emerge altresì l'esigenza di visionare i letti oggetto dell'offerta per comprendere al meglio le loro caratteristiche tecniche, funzionali e costruttive, secondo quanto indicato dagli atti di gara. Quindi la commissione, all'unanimità, decide di chiedere con nota scritta rivolta a tutti i 4 operatori economici offerenti, di produrre in visione un articolo dei letti offerti per la prova e la visione degli stessi, convocando gli offerenti per il pomeriggio del 25/10/2023 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara, ad orari susseguenti per ciascun operatore economico.



Quindi, alle ore 12, la commissione aggiorna i propri lavori per quella data.

Letto, approvato e sottoscritto.

Andrea Ferrocì 

Melissa Teodorini 

Stefano Cavazza 

 S.S. Ferrocì 

Ivo Braggion *Ivo Braggion*  
Succi Sonia *Succi Sonia*  
Anna Fabbri *Anna Fabbri*

Alle ore 14,30 di oggi 25/10/2023 è presente presso la sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, la commissione tecnica nominata con la già menzionata determina n. 470 del 04/09/2023 al completo dei componenti. Vengono introdotti nella sede in cui si svolgono le prove visive e di funzionalità dei letti i rappresentanti dei 4 operatori economici offerenti, in stanze separate dove sono stati precedentemente posizionati i letti ed inizia la descrizione degli articoli che hanno costituito oggetto delle rispettive offerte; ad ogni referente delle ditte vengono concessi circa 20/30 minuti al termine dei quali sono rivolte da parte dei commissari alcune domande ed alcuni quesiti, poi al termine del pomeriggio i referenti sono congedati. La commissione s'intrattiene per contro per ulteriori 30 minuti circa, per svolgere le proprie considerazioni su quanto visionato e per alcune ulteriori considerazioni.

Quindi alle ore 18 circa aggiorna i propri lavori alle ore 9 del 13/11/2023 presso la sede del Servizio Comune Economato per la prosecuzione dei lavori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Andrea Ferrocì *Andrea Ferrocì*  
Melissa Teodorini *Melissa Teodorini*  
Stefano Cavazza *Stefano Cavazza*  
Ivo Braggion *Ivo Braggion*  
Succi Sonia *Succi Sonia*  
Anna Fabbri *Anna Fabbri*

Alle ore 9.00 di oggi 13/11/2023 è presente presso la sede del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti dell'Azienda Usl ed Ospedaliero Universitaria di Ferrara, la commissione tecnica nominata con la già menzionata determina n. 470 del 04/09/2023 al completo dei componenti. Riprendono i lavori ed anche sulla base di quanto è emerso in sede di visione dei letti in data 25/10/2023, dopo attenta e prolungata analisi della documentazione, la commissione esprime i seguenti giudizi:

**Ditta MALVESTIO**

Riferimento	Caratteristiche Tecniche/Descrizione
2	DESTINAZIONE D'USO
3	CARATTERISTICHE DEL LETTO

*7*  
*Z. SS Ferrocì per A PC*

3.1	Quantità richiesta
3.3	Trendelenburg e Reverse - Trendelenburg
3.5	Articolazione a tre snodi/sezioni per il posizionamento del paziente
3.6	Coppia spalle (testiera e pediera)
3.7	Regolazioni:
3.7.1	Regolazione in altezza
3.7.2	Regolazione schienale
3.7.3	Regolazione bacino
3.7.4	Regolazione pediera
3.8	Portata massima
3.9	Sponde
3.9.1	Sponde
3.9.1.1	Movimentazione sponde
3.9.1.2	Ingombro massimo con sponde
3.10	Ruote
3.10.1	Piroettanti, sdoppiate, antistatiche e antitraccia
3.10.2	Diametro
3.11.3	Con freno
3.11.4	Possibilità di 5a ruota
3.12	Altezza minima del basamento del letto dal pavimento per permettere l'uso del solleva pazienti mobili e apparecchi radiologici mobili
3.13	Accessori richiesti
3.13.1	Asta porta flebo
3.13.2	Trapezio
3.13.3	Porta bombole
3.13.4	Supporti monitor/tavolinetti
3.14	Semplicità d'uso dei comandi tramite pannello e/o pulsantiera.
3.15	Tasto di Rianimazione Cardio Polmonare (CPR)
3.16	Grado protezione vapore/acqua/polvere
3.17	Rete



3.17.1	Piano rete (caratteristiche di radio trasparenza)
3.17.2	Caratteristiche di disinfezione del Piano Rete
3.17.3	Caratteristiche di estendibilità del piano rete
3.18	Seduta terapeutica
3.19	Altro
4	Letti bariatrici
5	Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo -- formazione- trasferimenti su altre sedi

**Parere dei commissari: tutti i predetti sub criteri esaminati sono complessivamente valutati con un giudizio di "OTTIMO" in quanto tutti sostanzialmente corrispondenti alle piene esigenze rappresentate dagli atti di gara.**

#### GARDHEN BILANCE S.R.L

Riferimento	Caratteristiche Tecniche/Descrizione
2	DESTINAZIONE D'USO
3	CARATTERISTICHE DEL LETTO
3.1	Quantità richiesta
3.3	Trendelenburg e Reverse - Trendelenburg
3.5	Articolazione a tre snodi/sezioni per il posizionamento del paziente
3.6	Coppia spalle (testiera e pediera)
3.7	Regolazioni:
3.7.1	Regolazione in altezza
3.7.2	Regolazione schienale
3.7.3	Regolazione bacino
3.7.4	Regolazione pediera
3.8	Portata massima
3.9	Sponde
3.9.1	Sponde
3.9.1.1	Movimentazione sponde

9 S.S. Fucini A. L. M.

3.9.1.2	Ingombro massimo con sponde
3.10	Ruote
3.10.1	Piroettanti, sdoppiate, antistatiche e antitraccia
3.10.2	Diametro
3.11.3	Con freno
3.11.4	Possibilità di quinta ruota
3.12	Altezza minima del basamento del letto dal pavimento per permettere l'uso del solleva pazienti mobili e apparecchi radiologici mobili
3.13	Accessori richiesti
3.13.1	Asta porta flebo
3.13.2	Trapezio
3.13.3	Porta bombole
3.13.4	Supporti monitor/tavolini
3.14	Semplicità d'uso dei comandi tramite pannello e/o pulsantiera.
3.15	Tasto di Rianimazione Cardio Polmonare (CPR)
3.16	Grado protezione vapore/acqua/polvere
3.17	Rete
3.17.1	Piano rete (caratteristiche di radio trasparenza)
3.17.2	Caratteristiche di disinfezione del Piano Rete
3.17.3	Caratteristiche di estendibilità del piano rete
3.18	Seduta terapeutica
3.19	Altro
4	Letti bariatrici
5	Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo -- formazione-trasferimenti su altre sedi

**Parere dei commissari. I sub criteri esaminati dalla commissione sono complessivamente valutati con un giudizio di "BUONO" e di "DISCRETO" in quanto non pienamente corrispondenti alle esigenze rappresentate dagli atti di gara. In particolar modo il punto 3.16 è stato ritenuto buono per un minor sistema di protezione delle componenti tecnologiche del letto rispetto alle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti; sono stati ritenuti sufficienti gli accessori del letto di cui al punto 3.13 per la scarsa efficienza e funzionalità (porta bombole e supporto monitor di modesta qualità) e sono stati ritenute ottime alcune altre voci tra cui quella al punto 3.14 riferita alla semplicità d'uso dei comandi tramite pannello e/o pulsantiera e**

quella del punto 3.15 riferita al tasto di rianimazione cardio polmonare (CPR).

La media dei suddetti giudizi, complessivamente valutati, si è pertanto tradotta nel giudizio di BUONO sul sub criterio numero 1 e di DISCRETO sui criteri numero 2 e numero 3, in quanto, ad esempio, sulla voce "Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo- formazione-trasferimenti su altre sedi" si sono evidenziati tempi di sostituzione di 72 ore incompatibili con una efficiente gestione del servizio e con l'immediatezza del risultato richiesto.

LINET ITALIA S.R.L

Riferimento	Caratteristiche Tecniche/Descrizione
2	DESTINAZIONE D'USO
3	CARATTERISTICHE DEL LETTO
3.1	Quantità richiesta
3.3	Trendelenburg e Reverse - Trendelenburg
3.5	Articolazione a tre snodi/sezioni per il posizionamento del paziente
3.6	Coppia spalle (testiera e pediera)
3.7	Regolazioni:
3.7.1	Regolazione in altezza
3.7.2	Regolazione schienale
3.7.3	Regolazione bacino
3.7.4	Regolazione pediera
3.8	Portata massima
3.9	Sponde
3.9.1	Sponde
3.9.1.1	Movimentazione sponde
3.9.1.2	Ingombro massimo con sponde
3.10	Ruote
3.10.1	Piroettanti, sdoppiate, antistatiche e antitraccia
3.10.2	Diametro
3.11.3	Con freno
3.11.4	Possibilità di quinta ruota

11  
2. S.S. A. Ferrero GC MF

3.12	Altezza minima del basamento del letto dal pavimento per permettere l'uso del solleva pazienti mobili e apparecchi radiologici mobili
3.13	Accessori richiesti
3.13.1	Asta porta flebo
3.13.2	Trapezio
3.13.3	Porta bombole
3.13.4	Supporti monitor/tavolinetti
3.14	Semplicità d'uso dei comandi tramite pannello e/o pulsantiera.
3.15	Tasto di Rianimazione Cardio Polmonare (CPR)
3.16	Grado protezione vapore/acqua/polvere
3.17	Rete
3.17.1	Piano rete (caratteristiche di radio trasparenza)
3.17.2	Caratteristiche di disinfezione del Piano Rete
3.17.3	Caratteristiche di estendibilità del piano rete
3.18	Seduta terapeutica
3.19	Altro
4	Letti bariatrici
5	Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo -- formazione- trasferimenti su altre sedi

**Parere dei commissari. I sub criteri esaminati dalla commissione sono complessivamente valutati con un giudizio di "OTTIMO" in quanto sostanzialmente corrispondenti alle piene esigenze rappresentate dagli atti di gara e con un giudizio di "BUONO" in quanto non pienamente corrispondenti alle esigenze rappresentate dagli atti di gara.**

**La media dei suddetti giudizi, complessivamente valutati, si è pertanto tradotta nel giudizio di OTTIMO sul criterio numero 1 e sul criterio 2 e di BUONO sul criterio numero 3, in quanto sulla voce "Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo - formazione- trasferimenti su altre sedi" si è evidenziato un maggior tempo di consegna rispetto ad altri concorrenti (7 settimane dalla data dell'ordine).**

ARJO ITALIA S.P.A.

Riferimento	Caratteristiche Tecniche/Descrizione
2	DESTINAZIONE D'USO
3	CARATTERISTICHE DEL LETTO

*R. SS Ferrero A LC*

3.1	Quantità richiesta
3.3	Trendelenburg e Reverse - Trendelenburg
3.5	Articolazione a tre snodi/sezioni per il posizionamento del paziente
3.6	Coppia spalle (testiera e pediera)
3.7	Regolazioni:
3.7.1	Regolazione in altezza
3.7.2	Regolazione schienale
3.7.3	Regolazione bacino
3.7.4	Regolazione pediera
3.8	Portata massima
3.9	Sponde
3.9.1	Sponde
3.9.1.1	Movimentazione sponde
3.9.1.2	Ingombro massimo con sponde
3.10	Ruote
3.10.1	Piroettanti, sdoppiate, antistatiche e antitraccia
3.10.2	Diametro
3.11.3	Con freno
3.11.4	Possibilità di quinta ruota
3.12	Altezza minima del basamento del letto dal pavimento per permettere l'uso del solleva pazienti mobili e apparecchi radiologici mobili
3.13	Accessori richiesti
3.13.1	Asta porta flebo
3.13.2	Trapezio
3.13.3	Porta bombole
3.13.4	Supporti monitor/tavolinetti
3.14	Semplicità d'uso dei comandi tramite pannello e/o pulsantiera.
3.15	Tasto di Rianimazione Cardio Polmonare (CPR)
3.16	Grado protezione vapore/acqua/polvere
3.17	Rete

3.17.1	Piano rete (caratteristiche di radio trasparenza)
3.17.2	Caratteristiche di disinfezione del Piano Rete
3.17.3	Caratteristiche di estendibilità del piano rete
3.18	Seduta terapeutica
3.19	Altro
4	Letti bariatrici
5	Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo -- formazione-trasferimenti su altre sedi

**Parere dei commissari. I sub criteri esaminati dalla commissione sono complessivamente valutati con un giudizio di "OTTIMO" in quanto sostanzialmente corrispondenti alle piene esigenze rappresentate dagli atti di gara e con un giudizio di "BUONO" in quanto non pienamente corrispondenti alle esigenze rappresentate dagli atti di gara.**

**La media dei suddetti giudizi, complessivamente valutati, si è pertanto tradotta nel giudizio di BUONO sul criterio numero 1 e sul criterio 3 e di OTTIMO sul criterio numero 2, in quanto, ad esempio, al sub criterio 3.9 riferito alle sponde è emerso che le altezze sono inferiori rispetto ai concorrenti; al sub criterio 3.10 riferito alle ruote è emerso che il diametro della ruota è 125 mm corrispondente a quello minimo richiesto dal capitolato; al criterio 3 alla voce "Assistenza tecnica - tempi di consegna/installazione/collaudo- formazione- trasferimenti su altre sedi" si evidenziano difficoltà per il servizio di riparazione dei letti che dovrebbe avvenire sul posto nei locali del committente e tempi di consegna maggiori rispetto ai concorrenti (2 mesi dalla data dell'ordine).**

Quindi sulla base dei giudizi sopra indicati e dei punteggi attribuiti, emerge la seguente graduatoria di merito per l'aspetto qualitativo dell'offerta:

Descrizione Criterio	Fornitore	Punteggio Max	Giudizio Tecnico	Punteggio assegnato
01 - CARATTERISTICHE DEL LETTO	MALVESTIO S.P.A.	63,00	1,00	63
02 - LETTI BARIATRICI (CARATTERISTICHE)		5,00	1,00	5
03 - ASSISTENZA TECNICA - TEMPI DI CONSEGNA\INSTALLAZIONE\COLLAUDO-FORMAZIONE- TRASFERIMENTO SU ALTRE SEDI		12,00	1,00	12
			<b>totale</b>	<b>80</b>
01 - CARATTERISTICHE DEL LETTO	LINET ITALIA S.R.L.	63,00	1,00	63
02 - LETTI BARIATRICI (CARATTERISTICHE)		5,00	1,00	5
03 - ASSISTENZA TECNICA - TEMPI DI CONSEGNA\INSTALLAZIONE\COLLAUDO-FORMAZIONE- TRASFERIMENTO SU ALTRE SEDI		12,00	0,75	9
			<b>totale</b>	<b>77</b>

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

01 - CARATTERISTICHE DEL LETTO	ARJO ITALIA S.P.A.	63,00	0,75	47,25
02 - LETTI BARIATRICI (CARATTERISTICHE)		5,00	1,00	5
03 - ASSISTENZA TECNICA - TEMPI DI CONSEGNA\INSTALLAZIONE\COLLAUDO-FORMAZIONE- TRASFERIMENTO SU ALTRE SEDI		12,00	0,75	9
<b>totale</b>				<b>61,25</b>
01 - CARATTERISTICHE DEL LETTO	GARDHEN BILANCE S.R.L.	63,00	0,75	47,25
02 - LETTI BARIATRICI (CARATTERISTICHE)		5,00	0,50	2,5
03 - ASSISTENZA TECNICA - TEMPI DI CONSEGNA\INSTALLAZIONE\COLLAUDO-FORMAZIONE- TRASFERIMENTO SU ALTRE SEDI		12,00	0,50	6
<b>totale</b>				<b>55,75</b>

Detti giudizi e punteggi sono quindi inseriti sulla piattaforma telematica regionale Sater previa apertura sul sistema della seduta pubblica virtuale in corso, a cui segue l'operazione di apertura elettronica delle buste contenenti le offerte economiche.

Antecedentemente a tale operazione, il Presidente ricorda preliminarmente che il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica è il seguente.

Sarà applicata la formula  $C_i = R_a / R_{max}$ , dove:

- $i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo;
- $R_a$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente  $i$ -esimo;
- $R_{max}$  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Dalle operazioni sulla piattaforma telematica si evince quindi quanto segue.

La ditta GARDHEN BILANCE ha non inserito nella busta economica la % di ribasso come chiesto dagli atti di gara, ma un'offerta in valore assoluto che non permette l'applicazione della formula sopra richiamata del massimo ribasso (Punteggio \* (Ribasso Offerto / Massimo Ribasso Offerto); ciò ha comportato l'automatica esclusione dell'offerta da parte della piattaforma telematica e l'impossibilità della ditta di proseguire nella procedura, senza nessun margine di discrezionalità da parte della commissione. Le operazioni conseguenti determinano quindi la seguente situazione:


Fornitore	Rank	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso in cifre	importo finale
MALVESTIO SOCIETA' PER AZIONI (ABBREVIATA IN MALVESTIO S.P.A.)	1	80,00	2,46	82,46	471.750,00 €	1,76	8.302,80 €	463.447,20 €
ARJO ITALIA S.P.A.	2	61,25	20,00	81,25	471.750,00 €	14,32	67.554,60 €	404.195,40 €
LINET ITALIA S.R.L.	3	77,00	4,19	81,19	471.750,00 €	3,00	14.152,50 €	457.597,50 €
GARDHEN BILANCE S.R.L.		55,75			escluso			

Risulta pertanto prima classificata nella graduatoria di merito finale la ditta Malvestio spa in

*Handwritten signature and notes: "2. 55" followed by a signature and the word "firmato".*

qualità di migliore offerente, talchè il Presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta e trasmette gli atti al Servizio Comune Economato per i provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Andrea Ferrocì 

Melissa Teodorini 

Stefano Cavazza 

Ivo Braggion 

Succi Sonia 

Anna Fabbri. 